



沧州四星玻璃股份有限公司

产品检验报告单

报告编号：20160714

品 名	中硼硅玻璃管制 注射剂瓶	生产单位	制瓶二厂		
规 格	15ml	批 号	20160683		
产品编码	VC4015NC034	颜 色	白色		
生产机器	13、14	生产日期	2016.07.07		
发货数量	2100支	抽样依据	GB2828-2012		
抽样数量	125支	检验依据	YBB00292005-2-2015		
	检验项目	标准 (mm)	检验结果 (平均值)	判定结果	
外观、尺寸	1. 外观	YBB00292005-2-2015	符合	合格	
	2. 瓶口外径	19.6±0.2	19.57	合格	
	3. 瓶口内径	12.55±0.15	12.54	合格	
	4. 瓶底厚	≥0.7	≥0.88	合格	
	5. 瓶身全高	52±0.5	51.84	合格	
	6. 瓶身外径	24±0.3	24.17	合格	
	7. 瓶边厚	3.2±0.2	3.24	合格	
	8. 垂直轴偏差	≤1.2	≤0.4	合格	
理化性能	9. B ₂ O ₃	≥8%	10%	合格	
	10. 线热膨胀系数	5×10 ⁻⁶ K ⁻¹ (20-300℃)	5×10 ⁻⁶ K ⁻¹ (20-300℃)	合格	
	11. 121℃颗粒法耐水性	1级	0.038ml	合格	
	12. 98℃颗粒法耐水性	HGB1	0.04ml	合格	
	13. 内表面耐水性	HC1	0.74	合格	
	14. 内应力	≤40nm	≤8nm	合格	
	15. 砷锑铅镉浸出量	As	As≤0.2mg/L	As≤0.2mg/L	合格
		Sb	Sb≤0.7mg/L	Sb≤0.7mg/L	合格
Pb		Pb≤1.0mg/L	Pb≤1.0mg/L	合格	
Cd		Cd≤0.25mg/L	Cd≤0.25mg/L	合格	
判 定	依据：YBB00292005-2-2015判定此批产品合格				
检验者	齐三宝	审核人			
日 期	2016.07.07	日期			2016.07.08